

CONSTATS

Faisant suite aux consultations médico-professionnelles et aux visites des laboratoires

Analyse des accidents de service

- 46 coupures dont 22 nécessitant un geste chir.
- 40 brûlures (25 thermiques, 15 chimiques dont une avec séquelle).
- 12 projections oculaires (7 particules solides, 5 liquides).
- 19 inhalations aiguës dont 3 avec séquelles définitives:
 - Asthme suite à inhalation de chlore
 - Allergie respiratoire aux composés soufrés
 - Hyper-réactivité respiratoire suite à inhalation de phénol.

Analyse des accidents de service

- 3 électrisations avec brûlures des doigts.
- 2 ingestions de produits après pipetage.
- 8 chutes de plain-pied: entorses, fractures, luxation, plaie.
- 3 chutes avec dénivelé: entorse de cheville.
- 6 accidents en lien avec la manipulation de matériel : écrasement, fracture, lumbago, traumatisme sonore.
- 1 accident par piqure avec aiguille ayant pu contenir du mercure.
- 1 accident de trajet.

Protections collectives

- Hottes fixes ou mobiles présentes dans la plupart des laboratoires , mais incertitudes des
 - fonctionnement,
 - contrôles,
 - entretiens.
- Armoires ventilées en place , mais :
 - contrôles pas toujours connus
 - inadéquation des produits
 - nombre insuffisant.

Protection collectives

- Sont en place dans la plupart des cas:
 - Laveurs oculaires fixes ou mobiles
 - Douches mobiles ou fixes ou douchettes



- Stockage des déchets inadapté le plus souvent:
sous hotte, au sol ou en hauteur, sans bacs de rétention, en grand nombre.

Protection collectives

- Travaux de pesage, de brasage, d'usinage sans système de captage des polluants
- Conservation des sources radioactives et du CRAB dans des contenants inadaptés.



Locaux de travail

- Ménage inconstant dans certains laboratoires,
- Vétusté,
- Mobiliers en bois inadéquats,
- Plans de travail inadaptés,
- Encombrement majeur,
- Absence de stores sur les surfaces vitrées.

Equipements de protection individuelle

- Blouse fournie et entretenue par le lycée.
- Gants : latex ou vinyle.
- Lunettes de protection : peu portées.
- Masque : uniquement chirurgicaux donc inadaptés.
- Chaussures de sécurité: pas toujours portées

Habitudes

- Pauses repas dans le laboratoire



- Lavage de la verrerie à l'acétone



- Conservation de produits anciens sans étiquette



Habitudes

- Absence de port des EPI.



- Absence de ventilation naturelle régulière.



